

Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:

"Template Citieffe"

SF1380

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

Template Citieffe

INDICAÇÃO DE USO

O Template Citieffe é indicado para cirurgias de colocação de fixador externo, indicando a dimensão correta do fixador externo a ser usado (registro Anvisa a parte), o local correto para inserção do fio guia e dos parafusos ósseos (registro Anvisa a parte)

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O Template Citieffe foi desenvolvido para indicar a dimensão correta do fixador externo a ser usado (registro Anvisa a parte), o local correto para inserção do fio guia e dos parafusos ósseos (registro Anvisa a parte).

MODO DE USO

Utilizar os instrumentais conforme técnica cirúrgica definida pelo cirurgião.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO / LIMPEZA

Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazene em temperatura entre 10°C e 40°C. E, ambiente seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%. Os dispositivos devem ser armazenados em local adequado e não devem ser danificados.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O template devem ser transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado, em local seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%, a uma temperatura ambiente (10°C-40°C).

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Quando o template estiver sendo removido de sua embalagem original, as regras de assepsia devem ser observadas. A intervenção cirúrgica deve ser realizada por profissionais médicos, com adequada experiência no procedimento a ser realizado.

Advertências

A intervenção deve ser realizada por profissionais médicos, com adequada experiência no procedimento a ser realizado. O fabricante não recomenda a reesterilização dos componentes, por se tratar de material que sofre alteração com o processo de reesterilização, não garantindo assim sua eficiência após a reesterilização.

Fabricante:

Citieffe S.r.l.
Via Armaroli, 21
40012 Calderara di Reno
Bologna – Itália
Tel +39 051 72 18 50
Fax +39 051 72 18 70
Site: www.citieffe.com

Distribuidor/ Importador:

Bone Surgical Equipamentos Médicos Eireli.
C.N.P.J / M.F: 04.408.009/0001-97 I.E.
110.129.500.117
Rua Vergueiro, n.º 2.016 – 1º e 2º andar -
Vila Mariana
Cep.: 04102-000 São Paulo – SP /
Fone.: (0xx 11) 5904-0215
Resp. Técnico: Maria Cristina Ferrari
Bruzadin
COREN-SP n.º 140236277
Site: www.bonesurgical.com.br
E-mail: bonesurgical@bonesurgical.com.br

Representante do Responsável Legal	Responsável Técnica
Gilmar Ferreira Do Nascimento RG n.º 26.464.683-5	Maria Cristina Ferrari Bruzadin COREN-SP n.º 14023627